

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名：	曹文
	职 称：	教授
	工作单位：	南京林业大学
项目信息	项目名称：	口气测量仪
	供应商名称：	广州市普睿思仪器有限公司
专业人员论证意见	口气测量仪主要用于检测口腔中心挥发性硫化物，如硫化氢。口腔异味，帮助客观评估口臭程度，国内目前主流设备为Oralchroma CHM-2为主导。普睿思公司，该设备可用于去除口腔异味，检测口气运动及评价，能够同时满足口气采集、挥发性硫化物浓度测量、报告出具等需求。建议采购广州市普睿思仪器公司的口气测量仪。	
专业人员签字	曹文	日期 2025 年 6 月 10 日

注：1、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

2、简述项目目标及满足目标所需条件、本次采购具体内容、相关供应商具有单一性。结论不能使用“建议”或“同意”字样，应使用“必须/“只能”。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名: 苏 彪	
	职 称: 高级工程师	
	工作单位: 南京市科仪信息研究所	
项目信息	项目名称: 口气测量仪	
	供应商名称: 广州市普睿思仪器有限公司	
专业人员论证意见	口气测量仪主要用于检测口腔中的挥发性硫化物(VSCs), 如硫化氢、甲硫醇和二甲基硫醚等, 帮助客观评估口臭程度。目前国内主流设备以日本 Oral Chroma CHM-2 为主, 国内市场需求旺盛, 该设备能针对性用于口腔护理用品去除口腔异味, 清新口气的功效评价, 能够同时满足口气采集、挥发性硫化物浓度测量、报告出具等试验需求。经市场调研和技术论证, 推荐采购广州市普睿思的口气测量仪。	
专业人员签字	苏 彪	日期 2025 年 6 月 10 日

注: 1、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

2、简述项目目标及满足目标所需条件、本次采购具体内容、相关供应商具有单一性。结论不能使用“建议”或“同意”字样, 应使用“必须/“只能”。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名: <u>廖文</u>	
	职 称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>南兴研究院</u>	
项目信息	项目名称: 口气测量仪	
	供应商名称: 广州市普睿思仪器有限公司	
专业人员论证意见	口气测量仪需要同时满足口气采集, 挥发性硫化物浓度测量. 报告出具等试验要求. 经市场调研和技术论证, 仅日本欧朗凯公司的CHM-2口气测量仪满足上述要求. 故推荐采用单一来源方式采购.	
专业人员签字	<u>廖文</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>6</u> 月 <u>10</u> 日

注: 1、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

2、简述项目目标及满足目标所需条件、本次采购具体内容、相关供应商具有单一性。结论不能使用“建议”或“同意”字样, 应使用“必须/“只能”。