

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名： 苏晓云	
	职 称： 高级工程师	
	工作单位： 南亨市科技信息研究所	
项目信息	项目名称： 离体牙齿制备系统	
	供应商名称： 广州市普睿思仪器有限公司	
专业人员论证意见	根据GB/T 43576-2023《口腔清洁护理用品 牙膏对去除外源性色素斑效果的实验室测试方法》该标准要求，口腔护理用品的试验需以牛牙作为底物，制成牙模再进行后续试验。该系统可通过全自动和手动切割系统，高精度切割牛牙，通过配备的智能控制系统可根据不同试验需要调整切割参数，同时该系统具备高精度抛磨功能和牙模抛光功能，从而保证制成的牙模符合相关标准要求。经市场调研和技术论证，推荐采购广州普睿思的离体牙齿制备系统。	
专业人员签字	苏晓云	日期 2025 年 6 月 10 日

注：1、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

2、简述项目目标及满足目标所需条件、本次采购具体内容、相关供应商具有单一性。结论不能使用“建议”或“同意”字样，应使用“必须/“只能”。


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	雷文
	职称:	教授
	工作单位:	南京林业大学
项目信息	项目名称:	离体牙齿制备系统
	供应商名称:	广州市普睿思仪器有限公司
专业人员论证意见	GB/T 43576-2023《口腔清洁护理用品 牙膏对去除外源性色改变效果的评价》测试方法》要求:口腔护理产品的试验要以牛牙作为底物,制成牙模后再行试验。该系统可较好地精确切割牛牙,并可调整切割角度,同时具有高精度抛光功能和牙模镶嵌功能,能确保制出的牙模符合相关要求。建议采购广州普睿思仪器公司的离体牙齿制备系统。	
专业人员签字	雷文	日期 2025 年 6 月 10 日

注: 1、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

2、简述项目目标及满足目标所需条件、本次采购具体内容、相关供应商具有单一性。结论不能使用“建议”或“同意”字样,应使用“必须/“只能”。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名: <u>廖文</u>	
	职 称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>南宁市设计院</u>	
项目信息	项目名称: 离体牙齿制备系统	
	供应商名称: 广州市普睿思仪器有限公司	
专业人员论证意见	依据 GB/T 43576-2023 标准要求. 离体牙齿制备系统需同时满足切割牙、磨抛、制牙模等试验要求. 同时具备高精度抛光功能和牙模镶嵌功能. 经市场调研和技术论证. 仅广州普睿思的离体牙齿制备系统能同时满足上述要求. 故推荐采用单一来源方式采购.	
专业人员签字		日期 <u>2025</u> 年 <u>6</u> 月 <u>10</u> 日

注：1、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

2、简述项目目标及满足目标所需条件、本次采购具体内容、相关供应商具有单一性。结论不能使用“建议”或“同意”字样，应使用“必须/“只能”。